

**Испытательный центр «Энтест»
ООО «Центр испытаний и консалтинга»**

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ75

дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 14 октября 2014 г.

Юридический адрес: РФ, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Колотилова, 54

Место осуществления деятельности: РФ, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Колотилова, 54

Телефон: (8453) 54-64-00, e-mail: entest-prod@yandex.ru, сайт: <http://zik-zne.ru>

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра «Энтест»

Вилкова С.А.

М.П.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 22-1404
от «22» января 2020 г.**

- | | |
|---|--|
| 1. Наименование пробы (образца): | Стиральный порошок «Флора Автомат» |
| 2. Регистрационный номер образца, | № 22-1404 от 10.01.2020 |
| дата регистрации: | |
| 3. Наименование и адрес заказчика
(заявителя): | ООО «Флора Урал» ,624447, РФ, Свердловская об-
ласть, город Краснотурьинск, улица Пушкина, дом
4, офис 318 |
| 4. Наименование и адрес
изготовителя: | ООО «Флора Урал» ,624447, РФ, Свердловская об-
ласть, город Краснотурьинск, улица Пушкина, дом
4, офис 318 |
| 5. Отбор проб произведен: | акт отбора от 24.12.2019 г. ООО «Флора Урал» |
| 6. Цель проведения испытаний: | На соответствие ГОСТ 25644-96 |
| 7. НД, устанавливающие
требования: | ГОСТ 25644-96 «Средства моющие синтетические
порошкообразные. Общие технические требования»
ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие
технические требования» |
| 8. Направление на испытания: | заявка от 24.12.2019 ООО «Флора Урал» |
| 9. Дата изготовления
(срок годности): | - |
| 10. Срок проведения испытаний: | с 10.01.2020 по 22.01.2020 |
| 11. Дополнительные сведения: | - |
| 12. Примечание: | Ответственность за отбор проб несёт заказчик |

№ п/ п	НД на методы испытаний	Наименование показателя, единицы измерения	Норма по НД		Результат испытаний
			ГОСТ 25644-96	ГОСТ 32479-2013	
1.	2.	3.	4.		5.
1.	ГОСТ 25644-96 Метод Б	Массовая доля пыли, %, не более	5	-	0,1
2.	ГОСТ 22567.5-93	Показатель активности (концентрации) водородных ионов, единиц, pH	7,5-11,5	5-11,5	10,9
3.	ГОСТ 22567.7-87	Массовая доля фосфорнокислых солей (в пересчете на P ₂ O ₅), не более	22	17	Менее 0,5
4.	ГОСТ 22567.1-77	Пенообразующая способность (для порошков с пониженным пенообразованием), мм, не более или устойчивость пены, единиц, не более	200	180	109,2
5.	ГОСТ 22567.15-95	Моющая способность, %, не менее	85	85	85,5
6.	ГОСТ 22567.11-82	Отбеливающая способность (для порошков, содержащих химические отбеливатели), %, не менее	80	-	89

Испытательное оборудование, средства измерений (наименование, тип, номер)	Свидетельство о поверке/аттестации
Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А, № 501186713	№ 373567 до 19.05.2020
Преобразователь ионометрический И-500, № 1809	№ 371815 до 17.04.2020
Весы электронные тип GAS SW-1, № 051031082	№ 373566 до 19.05.2020
Фотометр ФО-1-УХЛ 4.2, № 911020	№ 335513 до 14.05.2020
Машина стиральная лабораторная, № 87	№ 05-18 до 25.05.2020
Термометр стеклянный ртутный электроконтактный ТПК, № 45	Паспорт до 08.09.2023
Термометр лабораторный, № 584	№ 390729 до 07.07.2020
Фотометр фотозлектрический КФК-3, № 9206853	№ 390358 до 24.06.2021
Термостат жидкостный ТЖ-ТС-01/12 № 558	№ 169859 до 24.05.2020
Устройство для определение пыли, № 5	№ 12-19 до 18.06.2020
Секундомер СОС пр-26-2-000, № 0530	Паспорт до 01.08.2020
Прибор Росс-Майлса, № 72	№ 17-17 до 29.05.2020
Линейка, № 26	№ 18001632554 до 10.07.2020

Исполнители:

ведущий инженер-химик  Шеповалова Ю.А.инженер-химик  Тюрина А.А.Ответственный за оформление протокола  Кононова А.А.

Протокол распространяется только на образцы продукции, прошедшие испытания. Частичное копирование протокола испытаний без разрешения ИЦ "Энтест" ООО «Центр испытаний и консалтинга» запрещается.

Окончание протокола.